

ANEXO CONVOCATORIA

18/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Papel de filtro cuantitativo ashless double rings Grado Medio 202 x 100u.	
2	N° 11	
3	N° 22	
4	N° 3(para Bisturí N°11)	
5	N°4(para Bisturí N° 22)	
6	Proyector LED 100W-6500K-8000Lm	
7	33 mm de Diam. Altura 19 cm.	
8	de 50 ml. graduada con robinete de vidrio	
9	Embudo Buchner Autolavable de PP(70mm)	
10		
11	LISO-TALLO LARGO X35 mm de diámetro	
12	500 Gramos	
13	500 Gramos	
14		
15	p/ ph=4;7 y 10	
16	x 1 L	
17	35-60 PA x 1	
18	x 250 Gramos	
19	DE 80 L2053.32	
20	Caudal: 26 litros/min. Vacío máximo 695 mmHg/ 27.3'' Hg. RPM: 3400	
21	Altura 0.97 m. Ancho 0.70 m. Profundidad 0.4 m	